

«ТВЕРЖДАЮ»

О.Ю. Васильев

(виза ректора, проректора)

« 10 августа 2021г.

**ОБОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДОПУСК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ,  
ПРОИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ**

№п/п	Наименование продукции	Класс	требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам радиоэлектронной продукции, установленные заказчиком	функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры), по которым радиоэлектронная продукция, сведения о которой включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком требованиям
1	Профиглометр поверхности	Радиоэлектронная продукция	<b>Основные характеристики:</b> - Диапазон измерения от 0 до 500 мкм; - Точность измерения + (5 мкм + 5%); - Высококонтрастный дисплей с подсветкой; - USB порт для подключения к компьютеру и зарядки прибора; - Объем запоминаемых показаний – не менее 250 шт.	В реестре отсутствуют радиоэлектронная продукция, соответствующая тому же классу, функциональному назначению радиоэлектронной продукции, что и продукция, планируемая к закупке.